

# OBJEKTIF KUALITI

## **JABATAN PENGIMEJAN DIAGNOSTIK**

Kadar penolakan filem x-ray hendaklah tidak melebihi 3% daripada jumlah filem yang digunakan di Jabatan Pengimejan Diagnostik